Mode d’emploi

Bac de désinfection

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le bac.

1. Domaine d’application
Le bac de désinfection n'est ni attaqué par des solutions aqueuses ni par la solution désinfectante pour empreintes et prothèses Dentaclean et ni par le solvant à plâtre Dentaclean. Il garantit donc une utilisation sûre des produits de désinfection et des solvants à plâtre. Le compartiment amovible permet de retirer les porte-empreintes, les prothèses et les instruments de prothèse sans contact direct avec la peau.
Le bac pouvant contenir 4 litres de solution, il est possible de désinfecter plus de 10 empreintes.

2. Mise en œuvre
Toujours utiliser le bac à un poste de travail bien ventilé!
Avant de verser une solution désinfectante dans le bac, vérifier l'absence de toute trace résiduelle de la solution précédente. Installer le compartiment amovible dans le bac et verser la solution désinfectante, en suivant les instructions d'emploi.
n.b. Lorsque l'on dilue une solution concentrée, il faut d'abord verser l'eau puis la solution. Protéger le bac de toute souillure et évaporation avec le couvercle fourni.

3. Consignes de sécurité et identification des dangers
Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation du bac. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité de la solution de désinfection utilisée.

4. Produits auxiliaires

Solution désinfectante pour empreintes et prothèses Dentaclean	N° de cde 520 0100 6
Solvant à plâtre Dentaclean-Speed	N° de cde 520 0099 4

5. Divers
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d’emploi avant d’utiliser un nouveau bac de désinfection.
Ce mode d’emploi concerne le bac de désinfection N° de cde 230 0014 0.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 01.03.02/0F